

ATP Messtechnik GmbH

J. B. von Weiss Straße 1

D -77 955 Ettenheim

Email: info@atp-messtechnik.de
Internet: www.atp-messtechnik.de
Tel.: 07822-8624-0 / Fax: 07822-8624-40

COND 5 Tester Kit

Messgeräte-Set zur Messung von Leitwert und TDS, mit austauschbarer Sonde. Set inkl. Leitwert-Kalibrierlösung und Batterien

Produktmerkmale

- Automatische Kalibrierfunktion für 1...3 Kalibierpunkte 84 μ S, 1.413 μ S, 12.88 mS
- IP 67 wasserdicht
- Austauschbarer Sensor f
 ür COND, TDS, Salz & Temperatur
- Batterie-Statusanzeige
- Mehrfarbige Hintergrundbeleuchtung zur Statusanzeige von Messmodus, Kalibrierung und Alarm



Technische Daten

Messgrößen	Leitwert, TDS; Salzgehalt und Temperatur	
Messbereich	Leitwert TDS Salz	02000 uS, 0200 mS 0,1 ppm10 ppt 0,0110g/l
Genauigkeit	Leitwert TDS Temperatur	+ - 1% des Messwertes + - 1% des Messwertes + - 0,2°C
Auflösung	Leitwert Temperatur	Automatische Umschaltung 0,1°C
zul. Betriebstemperatur	0°C+50°C	
Abmessungen	40 x 200mm	
Gewicht	110 g	
Spannungsversorgung	2x 1,5V AAA Batterien	

